

产品检验报告

产品名称	运送保存培养基（生理盐水）		
技术要求编号	粤江械备 20150016 号	检测要求	<input checked="" type="checkbox"/> 全性能 <input type="checkbox"/> 稳定性
产品批号	221017	样品数量	10 支
规格型号	5ml、9ml、10ml	检验日期	2022 年 10 月 17 日

项目	技术要求	实测结果	单项判断
性能指标	1.1.1 外观 培养基应澄清、透明、无沉淀物，颜色应为无色。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 合格
	1.1.2 pH 值 pH值应为7.2±0.2;	7.0	<input checked="" type="checkbox"/> 合格
	1.1.3 净含量 培养基的净含量为5ml、9ml、10mlml	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 合格
	1.2 培养基接种 100 CFU~1000 CFU 的目标菌，混匀后吸取 1 mL 待测培养基混合液，接种到营养琼脂培养基中，35±2℃ 培养 24 小时后，进行菌落计数；剩余已接种培养基混合液基置 20℃~25℃放置 45min 后；再吸取 1 mL 接种于营养琼脂培养基中，35±2℃培养 24 小时后，进行菌落计数。待测培养基中的菌落数变化应在±50%内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 合格
	1.3 污染率 培养基的污染率应≤5%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 合格
	1.4 稳定性 培养基在超过有效期的 15d 内，性能应符合 1.1 和 1.2 要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 合格
备注：			

质检人员：
(签字)

李伟华

审核人员：
(签字)

李亚光

检验部门：
(盖章)

